

## DANH MỤC

(Kèm theo thư mời báo giá số: /BVĐKT-KD ngày tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh)

STT	Danh mục	Mô tả về cấu hình tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/Khối lượng	Đơn vị tính
1	Hóa chất điện di mao quản Hb	Bộ hóa chất phân tách các hemoglobin bình thường (A, A2 và F) ở các mẫu máu người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính (S, C, E và D) thông qua công nghệ điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm (pH 9,4) trên hệ thống 2 đầu di	2	Hộp
2	Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường	Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di	2	Hộp
3	Dung dịch rửa kim	Hóa chất vệ sinh đầu dò mẫu trên thiết bị tự động điện di mao quản 2 đầu di.	2	Hộp
<b>Tổng cộng 03 mặt hàng</b>				